PCA -kokonaisbakteerimaljat tai YGC-hiiva/homemaljat toimitetaan näytteenottoa varten laboratoriosta tai haetaan itse. Mikäli näytteitä ei oteta heti, säilytetään elatusainemaljat jääkaappilämpötilassa + 2 - + 8 °C näytteenottoon asti. Maljat säilyvät näin 14 vrk.

Ota maljat huoneenlämpöön 10 - 15 minuuttia ennen näytteenottoa.

Numeroi maljan kansi ja täytä tutkimustilauslomake. Löydät sen verkkosivuiltamme.

## Ilmalaskeumamalja:

• Aseta malja(t) tasaiselle pinnalle tuotantolaitoksen keskeiselle paikalle vaarantamatta tuotantoa.
Ota maljasta kansi pois, koskematta maljan pintaa tai kannen sisäpuolta.

• Anna maljan olla avoinna 60 minuuttia. Tämän jälkeen aseta kansi paikalleen. Siirrä malja(t) jääkaappiin odottamaan laboratorioon kuljetusta (huom. säilytys kansipuoli alaspäin, maljanippu on hyvä teipata kiinni maalarinteipillä).



Tartu maljan kanteen varovasti tunnin



Nosta kansi maljan viereen yläpinta ylöspäin



Sulje malja varovasti kuluttua ja siirrä kylmään

netfoodlab
food safety solutions

**Paineilmanäytteenotto:**

• avaa maljan kansi, älä kosketa maljan pintaa tai kannen sisäpuolta

• Pidä maljaa kädessä noin 15 cm etäisyydellä paineilman lähteestä ja pyöritä maljaa paineilmassa 10 sekuntia. Siirretään malja sivuun ja suljetaan kansi.

• Toistetaan toiselle maljalle sama toimenpide, joka on rinnakkaisnäyte.

• Näytteenoton jälkeen siirretään maljat jääkaappiin odottamaan laboratorioon kuljetusta varten. (huom. säilytys kansipuoli alaspäin, maljanippu on hyvä teipata kiinni maalarinteipillä)

**Lähetys:**

Ennen kuljetusta näytteet pakataan näytelaatikkoon ja lisätään kylmävaraajat reunalle.

Laita pakkausmateriaalia kylmävaraajien ja näytemaljojen väliin. Ilmalaskeumamaljat eivät saa missään kuljetuksen vaiheessa päästä jäätymään.

Sulje näytelaatikko huolellisesti teipillä.

Näytteet tulee olla mahdollisimman nopeasti laboratoriossa, viimeistään seuraavana päivänä.

Osoite: Net-Foodlab Oy
Voimakatu 19
20520 Turku